



PIPETTES JAUGÉES EN VERRE CERTIFIÉES

DEUX GAMMES = DEUX NIVEAUX DE CERTIFICATION

- ♦ Prises de volume précises grâce aux pointes rodées et calibrées, pour une parfaite reproductibilité analytique
- ♦ Repérage de la capacité par code couleur pour optimiser vos manipulations

Pipettes jaugées avec certificat DAkKS (équivalent Cofrac)



1 trait, classe AS

Code Couleur	Volume (ml)	Limite d'erreur (+/- ml)	Longueur (mm)	Cond. mini de vente	Réf.
● Bleu	1	0,012	300	1	PJ11TDKD
● Orange	2	0,015	330	1	PJ21TDKD
● Noir	3	0,015	350	1	PJ31TDKD
○ Blanc	5	0,020	400	1	PJ51TDKD
● Vert	10	0,030	440	1	PJ01TDKD

2 traits, classe AS

Code Couleur	Volume (ml)	Limite d'erreur (+/- ml)	Longueur (mm)	Cond. mini de vente	Réf.
= 2 traits noir	0,5	0,005	300	1	PJ052TDKD
● Bleu	1	0,007	300	1	PJ12TDKD
● Orange	2	0,010	330	1	PJ22TDKD
● Noir	3	0,010	350	1	PJ32TDKD
= 2 traits rouge	4	0,020	400	1	PJ42TDKD
○ Blanc	5	0,015	400	1	PJ52TDKD
● Rouge	10	0,020	440	1	PJ102TDKD
● Jaune	20	0,030	510	1	PJ202TDKD

Pipettes jaugées, classe AS, avec certificat de contrôle du fournisseur

2 traits, classe AS

Code Couleur	Volume (ml)	Limite d'erreur (+/- ml)	Longueur (mm)	Cond. mini de vente	Réf.
● Bleu	1	0,007	280	4	PJ12TC
● Orange	2	0,010	340	4	PJ22TC
● Noir	3	0,015	350	4	PJ32TC
○ Blanc	5	0,015	360	4	PJ52TC
● Rouge	10	0,020	370	2	PJ102TC
● Jaune	20	0,030	620	2	PJ202TC



0800 970 724

Service & appel gratuits

www.labelians.fr

LABELIANS
Groupe CML-1D

SERVICE CLIENTS :

Email : serviceclient@labelians.fr

SERVICE CLIENTS NEMOURS

Enseignement, hospitaliers, industrie, laboratoires vétérinaires, Recherche...

1, rue des Palis
77140 NEMOURS

Fax : 01 64 78 14 69

SERVICE CLIENTS PUSIGNAN

Laboratoires d'anatomopathologie privés, LBM privés, professions libérales

ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex

Fax : 04 72 22 43 28

SERVICE EXPORT & REVENTE :

Email : export@labelians.fr

1, rue des Palis
77140 NEMOURS
Fax : 01 64 45 42 35

SERVICE MAINTENANCE & MÉTROLOGIE :

Email : hotlinesav@labelians.fr

ZAC Satolas Green - Pusignan
Bâtiment Cap Arrow
69881 MEYZIEU Cedex
Fax : 04 72 22 43 13