

## FICHE TECHNIQUE

## PP1LS25

Pipette plastique graduée à lait en polystyrène 272mm 1,1ml stérile par 25

CODE ARTICLE : 005435

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:32:41



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PP1LS25

### Désignation

Pipette plastique graduée à lait en polystyrène 272mm 1,1ml stérile par 25

### Application

- Analyse du lait

### Réglementation

Directive 98/79/CEE Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

## FICHE TECHNIQUE

## PP1LS25

Pipette plastique graduée à lait en polystyrène 272mm 1,1ml stérile par 25

CODE ARTICLE : 005435

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:32:41

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1000
Minimum de vente (nombre de pièces)	1000

### Descriptif du produit

Type de graduations	Standard
Détail (en ml)	0,10
Précision	+/- 2%
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Capacité (en ml)	1,1
Code couleur	Sans
Longueur (en mm)	272
Arrêt de sécurité (Coton)	Oui
Pointe	Large
Matière	Polystyrène cristal
Contact alimentaire	Oui
Emballage	Multiple
Autres caractéristiques	Filtre en acétate de cellulose Diamètre : 5,1mm

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

## PP1LS25

Pipette plastique graduée à lait en polystyrène 272mm 1,1ml stérile par 25

CODE ARTICLE : 005435

DATE D'EDITION : 05/06/2023 10:32:41

**Nom du fabricant**

LP ITALIANA

**Référence du fabricant**

161111

**Pays d'origine**

ITALIE