

FICHE TECHNIQUE

F167201

Cône Gilson® DIAMOND® D10 10µl en recharge TOWERPACK™ stérile

CODE ARTICLE : 005936

DATE D'EDITION : 23/03/2018 14:40:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

F167201

Désignation

Cône Gilson® DIAMOND® D10 10µl en recharge TOWERPACK™ stérile

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

FICHE TECHNIQUE

F167201

Cône Gilson® DIAMOND® D10 10µl en recharge TOWERPACK™ stérile

CODE ARTICLE : 005936

DATE D'EDITION : 23/03/2018 14:40:04

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 960

Minimum de vente (nombre de pièces) 960

Descriptif du produit

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Capacité mini (en µl) | 0,1 |
| Capacité maxi (en µl) | 10 |
| Longueur (en mm) | 31,00 |
| Gradué | Oui |
| Version | Sans filtre |
| Niveau de stérilité | Stérile par irradiation |
| Code | G1 |
| Matière | Polypropylène vierge |
| Autoclavable | Oui |
| Forme de la pointe | Pointe coupée droite |
| Type de collerette | Gilson |
| Couleur | Naturel |
| Niveau de métaux lourds | Exempt |
| Niveau d'endotoxines | Exempt |
| Niveau de RNase | Exempt |
| Niveau de DNase | Exempt |
| Niveau d'ADN humain | Exempt |
| Niveau d'ATP | Non contrôlé |
| Autres caractéristiques | Recharge de 960 cônes |

Traçabilité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Non |

FICHE TECHNIQUE

F167201

Cône Gilson® DIAMOND® D10 10µl en recharge TOWERPACK™ stérile

CODE ARTICLE : 005936

DATE D'EDITION : 23/03/2018 14:40:04

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

Référence du fournisseur

F167201

Pays d'origine

FRANCE