

## FICHE TECHNIQUE

**F148312**

Capillaire CP10 pour Microman® Gilson® M10 10µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005972

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:07:53



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

F148312

**Désignation**

Capillaire CP10 pour Microman® Gilson® M10 10µl en rack à charnière Tipack

**Application**

- Manipulation des liquides

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## F148312

Capillaire CP10 pour Microman® Gilson® M10 10µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005972

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:07:53

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	960
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	960

### Descriptif du produit

<b>Matière</b>	Polypropylène
<b>Packaging</b>	Rack Tipack
<b>Capacité (en µl)</b>	10
<b>Niveau de stérilité</b>	non stérile
<b>Longueur (en mm)</b>	45,1
<b>Niveau de métaux lourds</b>	Non contrôlé
<b>Niveau d'endotoxines</b>	Non contrôlé
<b>Niveau de RNase</b>	Non contrôlé
<b>Niveau de DNase</b>	Non contrôlé
<b>Niveau d'ARN</b>	Non contrôlé
<b>Niveau d'ADN humain</b>	Non contrôlé
<b>Niveau d'ATP</b>	Non contrôlé
<b>Compatibilité</b>	Microman Gilson
<b>Autres caractéristiques</b>	Il est inutile d'étalonner le Microman® quand vous changez le capillaire piston (CP) Piston en polyester

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## FICHE TECHNIQUE

**F148312**

Capillaire CP10 pour Microman® Gilson® M10 10µl en rack à charnière Tipack

CODE ARTICLE : 005972

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:07:53

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

GILSON INTERNATIONAL FRANCE S.A.S

**Référence du fabricant**

F148312

**Pays d'origine**

FRANCE