

FICHE TECHNIQUE

LAMBDA200JRS

Cône 200 μ l jaune en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 010851

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:31:43



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LAMBDA200JRS

Désignation

Cône 200 μ l jaune en rack à charnière stérile

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 9600

Minimum de vente (nombre de pièces) 960

FICHE TECHNIQUE

LAMBDA200JRS

Cône 200µl jaune en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 010851

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:31:43

Descriptif du produit

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Capacité mini (en µl) | 1,0 |
| Capacité maxi (en µl) | 200 |
| Code | L4 |
| Version | Sans filtre |
| Niveau de stérilité | Stérile par irradiation |
| Autoclavable | Oui |
| Matière | Polypropylène vierge |
| Présentation | Rack à charnière |
| Longueur (en mm) | 49,20 |
| Forme de la pointe | Pointe biseautée |
| Type de collerette | Universel |
| Couleur | Jaune |
| Niveau de métaux lourds | Exempt |
| Niveau d'endotoxines | <0,05EU/ml |
| Niveau de RNase | Exempt |
| Niveau de DNase | Exempt |
| Niveau d'ADN humain | Exempt |
| Niveau d'ATP | Exempt |

Traçabilité

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Présence d'un numéro de lot | Oui |
| Présence d'une date de péremption | Oui |
| Durée de vie (en mois) | 36 |

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

LAMBDA200JRS

Cône 200µl jaune en rack à charnière stérile

CODE ARTICLE : 010851

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:31:43

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

LABCON, NORTH AMERICA

Référence du fournisseur

1030-965-008

Pays d'origine

ETATS-UNIS