

## FICHE TECHNIQUE

## TSVP4,0/5S/50

Tube sous vide vétérinaire en PET 4,0ml/5ml sec siliconé boîte de 50 stérile

CODE ARTICLE : 012655

DATE D'EDITION : 02/10/2020 10:00:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

TSVP4,0/5S/50

### Désignation

Tube sous vide vétérinaire en PET 4,0ml/5ml sec siliconé boîte de 50 stérile

### Application

- Prélèvement sanguin pour usage vétérinaire pour analyses de sérum

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de

## FICHE TECHNIQUE

## TSVP4,0/5S/50

Tube sous vide vétérinaire en PET 4,0ml/5ml sec siliconé boîte de 50 stérile

CODE ARTICLE : 012655

DATE D'EDITION : 02/10/2020 10:00:02

### Conditionnement

diagnostic in vitro

**Carton (nombre de pièces)** 1600

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 50

### Descriptif du produit

<b>Application majeure</b>	Biochimie
<b>Nature de l'additif</b>	Activateur de coagulation (silicone)
<b>Présentation de l'additif</b>	Pulvérisé
<b>Matière du tube</b>	Polytéréphtalate d'éthylène
<b>Diamètre du tube (en mm)</b>	13
<b>Hauteur du tube (en mm)</b>	75
<b>Volume du tube (en ml)</b>	5
<b>Volume de vide (en ml)</b>	4,00
<b>Couleur du bouchon</b>	Rouge
<b>Descriptif du bouchon</b>	- Matière : caoutchouc - Hauteur totale : 19,4 mm ± 0,20 mm - Diamètre maximum : 16,2 mm ± 1 mm - Épaisseur de perçage : 4 mm
<b>Nombre d'inversions</b>	5 à 8
<b>Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)</b>	30
<b>Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)</b>	2
<b>Vitesse de centrifugation (en g)</b>	1500-2200
<b>Température de centrifugation (en °C)</b>	15-25
<b>Durée de centrifugation (en min)</b>	10
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile - Irradiation
<b>A usage unique</b>	Oui
<b>Présence de latex</b>	Non
<b>Autres caractéristiques</b>	- Conforme au marquage CE (DIV) - Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement

## FICHE TECHNIQUE

## TSVP4,0/5S/50

Tube sous vide vétérinaire en PET 4,0ml/5ml sec siliconé boîte de 50 stérile

CODE ARTICLE : 012655

DATE D'EDITION : 02/10/2020 10:00:02

- Conforme au CLSI
- Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et ISO 11737-2
- Étiquette de la même couleur que le bouchon
- Hauteur du tube avec bouchon : 81,7 mm ± 1 mm
- Diamètre intérieur du tube : 10,8 mm ± 0,20 mm
- Vitesse maximale de centrifugation : 3920 g

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENT
Référence du fabricant	612040002/50
Pays d'origine	CHINE