

FICHE TECHNIQUE

3801620E

Papanicolaou EA-50 Surgipath®, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 015324

DATE D'EDITION : 26/11/2018 15:00:11



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

3801620E

Désignation

Papanicolaou EA-50 Surgipath®, bidon de 5L

Application

- Coloration cytoplasmique de routine

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	5L
Aspect	Liquide rouge
Odeur	Alcool
Composition	- Éthanol : < 60% - Méthanol : < 30% - Isopropanol : < 5% - Acide acétique : < 3%
pH	5-5,5
MPUP	Non
Manipulation	- Éviter le contact avec les yeux et la peau - Éviter de respirer les vapeurs - Utiliser uniquement dans un local bien ventilé - Se laver soigneusement après manipulation - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation - Tenir le produit à l'écart de la chaleur, des étincelles et de toute autre

FICHE TECHNIQUE

3801620E

Papanicolaou EA-50 Surgipath®, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 015324

DATE D'EDITION : 26/11/2018 15:00:11

Conditions de stockage

source de combustion

- Procéder à la mise à la terre/liaison équipotentielle de l'équipement de transfert
- Utiliser des équipements électriques de capacité nominale appropriée dans les zones de manipulation/stockage du produit
- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé
- Tenir le produit à l'écart de la chaleur, des étincelles et de toute autre source de combustion
- Procéder à la mise à la terre/liaison équipotentielle de l'équipement de transfert
- Utiliser des équipements électriques de capacité nominale appropriée dans les zones de manipulation/stockage du produit
- Protéger les récipients de toute dégradation physique
- Stocker dans un endroit frais
- Tenir éloigné de la chaleur intense et des flammes nues
- Conserver les récipients fermés lorsque le produit n'est pas utilisé
- Entreposer à l'écart des agents oxydants
- Ne pas découper, souder, braser, etc., sur ou à proximité de récipients vides
- Respecter toutes les précautions de la fiche de données de sécurité sur la manipulation des récipients vides

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur LEICA MICROSYSTEMS

Référence du fournisseur 3801620E

FICHE TECHNIQUE

3801620E

Papanicolaou EA-50 Surgipath®, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 015324

DATE D'EDITION : 26/11/2018 15:00:11

Pays d'origine

ETATS-UNIS