

## FICHE TECHNIQUE

## MSELM2.0JS

Microtube SuperClear™ ELM avec jupe 2ml naturel avec cape à vis avec joint O-Ring, stérile

CODE ARTICLE : 015615

DATE D'EDITION : 10/04/2020 09:40:03



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

MSELM2.0JS

**Désignation**

Microtube SuperClear™ ELM avec jupe 2ml naturel avec cape à vis avec joint O-Ring, stérile

**Application**

- Transfert d'échantillons
- Centrifugation

**Réglementation**

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement

## FICHE TECHNIQUE

## MSELM2.0JS

Microtube SuperClear™ ELM avec jupe 2ml naturel avec cape à vis avec joint O-Ring, stérile

CODE ARTICLE : 015615

DATE D'EDITION : 10/04/2020 09:40:03

### Conditionnement

européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

**Carton (nombre de pièces)** 5000

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 500

### Descriptif du produit

Température d'utilisation mini (en °C)	-80
Température d'utilisation maxi (en °C)	121
Autoclavable	Oui
Cape	Avec
Type de cape, si concerné	A vis
Avec joint torique	Oui
Jupe	Avec
Fond	Conique
Diamètre (en mm)	13,0
Hauteur (en mm)	44,5
Matière	Polypropylène
Capacité (en ml)	2,0
Couleur	Naturel
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Niveau de RNase	Exempt
Niveau de DNase	Exempt
Niveau d'ADN humain	Exempt
Niveau d'endotoxine	Exempt
Résistance à la centrifugation (en g)	20000
Gradué	Oui

### Traçabilité

## FICHE TECHNIQUE

## MSELM2.0JS

Microtube SuperClear™ ELM avec jupe 2ml naturel avec cape à vis avec joint O-Ring, stérile

CODE ARTICLE : 015615

DATE D'EDITION : 10/04/2020 09:40:03

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	LABCON, NORTH AMERICA
<b>Référence du fabricant</b>	3623-875-000-9
<b>Pays d'origine</b>	ETATS-UNIS