

FICHE TECHNIQUE

AVK1825

Aiguille vétérinaire Vacutest® 18Gx25mm à vis rose

CODE ARTICLE : 016142

DATE D'EDITION : 10/07/2018 16:30:05



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

AVK1825

Désignation

Aiguille vétérinaire Vacutest® 18Gx25mm à vis rose

Application

- Prélèvement

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

FICHE TECHNIQUE

AVK1825

Aiguille vétérinaire Vacutest® 18Gx25mm à vis rose

CODE ARTICLE : 016142

DATE D'EDITION : 10/07/2018 16:30:05

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Type	A vis Prélèvements uniques
Matière	- Aiguille : acier inoxydable recouvert de silicone - Couverture plastique et centre : polypropylène
Couleur	Rose
Diamètre externe (gauge)	18
Diamètre externe (en mm)	1,00
Diamètre interne (en mm)	0,90
Longueur (en inch)	1"
Longueur (en mm)	25
Niveau de stérilité	Stérile - Oxyde d'éthylène
A usage unique	Oui
Stockage et conservation	L'aiguille conservée sur de longues durées doit être stockée dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C
Autres caractéristiques	- Conforme au marquage CE (DM) - Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135 - Code couleur en fonction de la gauge

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

AVK1825

Aiguille vétérinaire Vacutest® 18Gx25mm à vis rose

CODE ARTICLE : 016142

DATE D'EDITION : 10/07/2018 16:30:05

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

VACUTEST KIMA SRL

Référence du fournisseur

15181

Pays d'origine

ITALIE