

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS21G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 1,8mm bleue

CODE ARTICLE : 016431

DATE D'EDITION : 13/03/2020 14:00:11



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LSPRESS21G1.8

Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 1,8mm bleue

Application

- Test de glucose dans le sang
- Autres tests de diagnostic in vitro : banques de sang, cholestérol, coagulation, gaz du sang
- Incision au doigt ou au talon

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS21G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 1,8mm bleue

CODE ARTICLE : 016431

DATE D'EDITION : 13/03/2020 14:00:11

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1000
Minimum de vente (nombre de pièces)	100

Descriptif du produit

Test	Glycémie
Version	Aiguille
Matière	- Aiguille : acier inoxydable - Corps : polyéthylène haute densité
Couleur	Bleu
Diamètre (gauge)	21
Diamètre (en mm)	0,81
Profondeur incision (en mm)	1.80000000000000000000
Mode d'utilisation	- Enlever avec précautions l'embout protecteur - Sélectionner le site de ponction et appuyer avec fermeté le dispositif contre le site afin de libérer la lancette - Jeter la lancette dans un container adapté
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS21G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 1,8mm bleue

CODE ARTICLE : 016431

DATE D'EDITION : 13/03/2020 14:00:11

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	VITREX MEDICAL A/S
Référence du fabricant	397213
Pays d'origine	CHINE