

## FICHE TECHNIQUE

## LSPRESS21G2.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 2,8mm rose

CODE ARTICLE : 016432

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:51:28



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

LSPRESS21G2.8

### Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 2,8mm rose

### Application

- Test de glucose dans le sang
- Autres tests de diagnostic in vitro : banques de sang, cholestérol, coagulation, gaz du sang
- Incision au doigt ou au talon

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

## FICHE TECHNIQUE

## LSPRESS21G2.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 2,8mm rose

CODE ARTICLE : 016432

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:51:28

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

### Descriptif du produit

Test	Glycémie
Version	Aiguille
Matière	- Aiguille : acier inoxydable - Corps : polyéthylène haute densité
Couleur	Rose
Diametre (gauge)	21
Diamètre (en mm)	0,81
Profondeur incision (en mm)	2,80
Mode d'utilisation	- Enlever avec précautions l'embout protecteur - Sélectionner le site de ponction et appuyer avec fermeté le dispositif contre le site afin de libérer la lancette - Jeter la lancette dans un container adapté
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui
Durée de vie (en mois)	60

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

## FICHE TECHNIQUE

## LSPRESS21G2.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II aiguille 21G 2,8mm rose

CODE ARTICLE : 016432

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:51:28

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

VITREX MEDICAL A/S

**Référence du fournisseur**

396213

**Pays d'origine**

CHINE (REP POP)