

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS18G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II lame 18G 1,8mm verte

CODE ARTICLE : 016435

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:42:58



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LSPRESS18G1.8

Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II lame 18G 1,8mm verte

Application

- Test de glucose dans le sang
- Autres tests de diagnostic in vitro : banques de sang, cholestérol, coagulation, gaz du sang
- Incision au doigt ou au talon

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS18G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II lame 18G 1,8mm verte

CODE ARTICLE : 016435

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:42:58

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Test	Glycémie
Version	Lame
Matière	- Aiguille : acier inoxydable - Corps : polyéthylène haute densité
Couleur	Vert
Diametre (gauge)	18
Profondeur incision (en mm)	1,80
Mode d'utilisation	- Enlever avec précautions l'embout protecteur - Sélectionner le site de ponction et appuyer avec fermeté le dispositif contre le site afin de libérer la lancette - Jeter la lancette dans un container adapté
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui
Durée de vie (en mois)	60

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

VITREX MEDICAL A/S

FICHE TECHNIQUE

LSPRESS18G1.8

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Press II lame 18G 1,8mm verte

CODE ARTICLE : 016435

DATE D'EDITION : 30/01/2018 13:42:58

ou du fournisseur

Référence du fournisseur 393213

Pays d'origine CHINE (REP POP)

