

FICHE TECHNIQUE

AVK2025

Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016524

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:05



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

AVK2025

Désignation

Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

Application

- Prélèvements multiples sous-vide

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

FICHE TECHNIQUE

AVK2025

Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016524

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:05

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Type	A vis
Matière	- Aiguille : acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone - Couverture plastique et centre : polypropylène - Manchon caoutchouc : isoprène
Biseau	Triple
Couleur	Jaune
Diamètre externe (gauge)	20
Diamètre externe (en mm)	0,90
Diamètre interne (en mm)	0,65
Longueur (en inch)	1"
Longueur (en mm)	25
Niveau de stérilité	Stérile - Oxyde d'éthylène
A usage unique	Oui
Stockage et conservation	L'aiguille conservée sur de longues durées doit être stockée dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C
Autres caractéristiques	- Conforme au marquage CE (DM) - Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable - Code couleur en fonction de la gauge - Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

AVK2025

Aiguille Vacutest® 20Gx25mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016524

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:05

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

VACUTEST KIMA SRL

Référence du fournisseur

15201

Pays d'origine

ITALIE