

FICHE TECHNIQUE

AVK2038

Aiguille Vacutest® 20Gx38mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016525

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:28



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

AVK2038

Désignation

Aiguille Vacutest® 20Gx38mm à vis jaune

Application

- Prélèvements multiples sous-vide

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

FICHE TECHNIQUE

AVK2038

Aiguille Vacutest® 20Gx38mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016525

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:28

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 6000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Type	A vis
Matière	- Aiguille : acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone - Couverture plastique et centre : polypropylène - Manchon caoutchouc : isoprène
Biseau	Triple
Couleur	Jaune
Diamètre externe (gauge)	20
Diamètre externe (en mm)	0,90
Diamètre interne (en mm)	0,65
Longueur (en inch)	1 1/2"
Longueur (en mm)	38
Niveau de stérilité	Stérile - Oxyde d'éthylène
A usage unique	Oui
Stockage et conservation	L'aiguille conservée sur de longues durées doit être stockée dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C
Autres caractéristiques	- Conforme au marquage CE (DM) - Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable - Code couleur en fonction de la gauge - Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

FICHE TECHNIQUE

AVK2038

Aiguille Vacutest® 20Gx38mm à vis jaune

CODE ARTICLE : 016525

DATE D'EDITION : 10/07/2018 11:20:28

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

VACUTEST KIMA SRL

Référence du fournisseur

1526502

Pays d'origine

ITALIE