

FICHE TECHNIQUE

91319

Test Quantofix® Peroxyde 25 0-0,5–2-5-10-25mg/L H₂O₂, 100 bandelettes

CODE ARTICLE : 019887

DATE D'EDITION : 04/02/2019 11:30:34

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence	91319				
Désignation	Test Quantofix® Peroxyde 25 0-0,5–2-5-10-25mg/L H ₂ O ₂ , 100 bandelettes				
Application	- Déterminations semi-quantitatives				
Conditionnement	<table> <tr> <td>Carton (nombre de pièces)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Minimum de vente (nombre de pièces)</td> <td>1</td> </tr> </table>	Carton (nombre de pièces)	1	Minimum de vente (nombre de pièces)	1
Carton (nombre de pièces)	1				
Minimum de vente (nombre de pièces)	1				

Descriptif du produit

Composition	1 boîte en aluminium avec 100 bandelettes test
Plage de mesure	- Méthode visuelle : 0-25mg/L H ₂ O ₂ - Méthode par réflectométrie : 0,5-25mg/L H ₂ O ₂
Incrément	0/0,5/2/5/10/25mg/L H ₂ O ₂
Nombre de tests	100
Température de stockage	Maximale : +30°C
Manipulation	- Conformément au mode d'emploi ci-joint - Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires - Refermer la boîte immédiatement après - Eviter de toucher la zone de test
Conditions de stockage	- Garder l'emballage original hermétiquement fermé - Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité - Conserver la boîte dans un endroit frais et sec

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	12

FICHE TECHNIQUE

91319

Test Quantofix® Peroxyde 25 0-0,5-2-5-10-25mg/L H₂O₂, 100 bandelettes

CODE ARTICLE : 019887

DATE D'EDITION : 04/02/2019 11:30:34

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

MACHEREY NAGEL

Référence du fournisseur

91319

Pays d'origine

ALLEMAGNE