

FICHE TECHNIQUE

NLEUCOSF

Kit Leuco-TIC® SF pour la numération des leucocytes dans le liquide synovial, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

CODE ARTICLE : 019955

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:16:31

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

NLEUCOSF

Désignation

Kit Leuco-TIC® SF pour la numération des leucocytes dans le liquide synovial, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

Application

- Numération des leucocytes dans le liquide synovial

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 0

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Composition	- 100 pièces Leuco-TIC® SF 990µl ammoniac/acide oxalique tampon pH=6 - 100 pièces pipettes capillaires "end to end" de 10µl - 100 pièces pipettes capillaires de remplissage
Test	Kit Leuco-TIC® SF
Leucocytes	Oui
Emballage	Kit
Mode d'emploi	1- Remplir les capillaires "end to end" avec du sang 2- Placer les capillaires dans le récipient 3- Fermer et agiter 4- Agiter avant de remplir la chambre 5- Remplir les capillaires de remplissage par capillarité 6- Remplir la chambre de comptage et passer à la numération
Température de stockage	Température ambiante : +15 et +25°C jusqu'à leur date de fin de validité
Conditions de stockage	Conserver dans leur emballage en position debout et à l'obscurité
Manipulation	- Respecter les consignes de sécurité en matière de manipulation de réactifs de laboratoire et human liquide

FICHE TECHNIQUE

NLEUCOSF

Kit Leuco-TIC® SF pour la numération des leucocytes dans le liquide synovial, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

CODE ARTICLE : 019955

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:16:31

- La procédure doit être exécutée par du personnel formé et qualifié
- Pendant le travail porter des vêtements de protection et gants de protection
- Utiliser un détendeur de capillaires pour les capillaires de volume

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	BIOANALYTIC GMBH
Référence du fabricant	004008-6100
Pays d'origine	ALLEMAGNE