

FICHE TECHNIQUE

LSLITE26G18

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 1,8mm jaune

CODE ARTICLE : 021274

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:33



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LSLITE26G18

Désignation

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 1,8mm jaune

Application

- Recueil de micro échantillons de sang capillaire

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

FICHE TECHNIQUE

LSLITE26G18

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 1,8mm jaune

CODE ARTICLE : 021274

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:33

Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Age/Application	Glycémie
Version	Aiguille
Matière	- Aiguille/lame : acier inoxydable - Corps : ABS et PEHD
Couleur	Jaune
Diametre (gauge)	26
Profondeur incision (en mm)	1,8
Dimensions (en mm)	52,5x44,8x15
Mode d'utilisation	1- Retirer le capuchon de protection coloré par simple rotation 2- Positionner la lancette contre le site d'incision et actionner le bouton d'activation de la lancette 3- Recueillir l'échantillon de sang 4- Jeter la lancette dans un container DASRI approprié
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui
Autres caractéristiques	- Lancette activée par bouton pré-chargée - Actionnement en 2 étapes, sans chargement

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

FICHE TECHNIQUE

LSLITE26G18

Lancette de sécurité Vitrex® Sterilance Lite III aiguille 26G 1,8mm jaune

CODE ARTICLE : 021274

DATE D'EDITION : 13/05/2020 11:00:33

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

VITREX MEDICAL A/S

Référence du fabricant

375213

Pays d'origine

CHINE