

## FICHE TECHNIQUE

## CF10SEPTRSPCR96

Cône à filtre pour micropipette ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1-10µl S, PCR clean stériles apyrogènes, en racks de 96 pointes

CODE ARTICLE : 021439

DATE D'EDITION : 26/01/2021 08:40:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

CF10SEPTRSPCR96

### Désignation

Cône à filtre pour micropipette ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1-10µl S, PCR clean stériles apyrogènes, en racks de 96 pointes

### Application

- Manipulation des liquides
- Biologie moléculaire

## FICHE TECHNIQUE

## CF10SEPTRSPCR96

Cône à filtre pour micropipette ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1-10µl S, PCR clean stériles apyrogènes, en racks de 96 pointes

CODE ARTICLE : 021439

DATE D'EDITION : 26/01/2021 08:40:02

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	960
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	960

### Descriptif du produit

<b>Capacité mini (en µl)</b>	0,1
<b>Capacité maxi (en µl)</b>	10
<b>Longueur (en mm)</b>	34,00
<b>Version</b>	A filtre
<b>Matière du cône</b>	Polypropylène
<b>Gradué</b>	Non
<b>Présentation</b>	Rack à charnière
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile par irradiation
<b>Type de collerette</b>	Eppendorf
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Niveau de métaux lourds</b>	Controlé
<b>Niveau d'endotoxine</b>	Exempt
<b>Niveau de RNase</b>	Exempt
<b>Niveau de DNase</b>	Exempt
<b>Niveau d'ADN humain</b>	Exempt
<b>Niveau d'ATP</b>	Exempt

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	60

## FICHE TECHNIQUE

**CF10SEPTRSPCR96**

Cône à filtre pour micropipette ep Dualfilter T.I.P.S.® 0,1-10µl S, PCR clean stériles apyrogènes, en racks de 96 pointes

CODE ARTICLE : 021439

DATE D'EDITION : 26/01/2021 08:40:02

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

EPPENDORF FRANCE

**Référence du fabricant**

0030078500

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE