

FICHE TECHNIQUE

LCYT1P13M

Lame pour cytologie 75x25mm 1 puits diamètre 13mm Labelians

CODE ARTICLE : 021890

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:36




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LCYT1P13M

Désignation

Lame pour cytologie 75x25mm 1 puits diamètre 13mm Labelians

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Classe A

Norme ISO 8037-1 : Optique et instruments d'optiques.

Microscopes. Lames porte-objet. Partie 1 : dimensions, propriétés
optiques et marquage

FICHE TECHNIQUE

LCYT1P13M

Lame pour cytologie 75x25mm 1 puits diamètre 13mm Labelians

CODE ARTICLE : 021890

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:36

Conditionnement

Norme ISO 8037-2 : Optique et instruments d'optiques.
Microscopes. Lames porte-objet. Partie 2 : qualité des matériaux,
normes de finition et mode d'emballage.

Carton (nombre de pièces) 2000

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Qualité du verre	Verre sodocalcique extra-blanc
Longueur de lame (en mm)	75,0 (+0,5)
Largeur de la lame (en mm)	25,0 (+0,5)
Épaisseur de la lame (en mm)	1,1 +/-0,1
Bords	Rodés à 90°
Angles	Coupés à 45°
Plage d'identification	Peinte
Couleur de la plage d'identification	Blanc
Nombre de cercle(s)	1
Diamètre du (des) cercle(s) (en mm)	13

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

FICHE TECHNIQUE

LCYT1P13M

Lame pour cytologie 75x25mm 1 puits diamètre 13mm Labelians

CODE ARTICLE : 021890

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:36

Nom du fabricant

LABELIANS

Référence du fabricant

LCYT1P13M

Pays d'origine

CHINE