

FICHE TECHNIQUE

LCYT2PD13M

Lame pour cytologie 75x25mm 2 puits diamètre 13mm décalés Labelians

CODE ARTICLE : 021891

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:45




Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

LCYT2PD13M

Désignation

Lame pour cytologie 75x25mm 2 puits diamètre 13mm décalés Labelians

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

Norme ISO 8037-1 : Optique et instruments d'optiques.

Microscopes. Lames porte-objet. Partie 1 : dimensions, propriétés

FICHE TECHNIQUE

LCYT2PD13M

Lame pour cytologie 75x25mm 2 puits diamètre 13mm décalés Labelians

CODE ARTICLE : 021891

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:45

Conditionnement

optiques et marquage

Norme ISO 8037-2 : Optique et instruments d'optiques.

Microscopes. Lames porte-objet. Partie 2 : qualité des matériaux, normes de finition et mode d'emballage.

Carton (nombre de pièces) 2000

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Qualité du verre	Verre sodocalcique extra-blanc
Longueur de lame (en mm)	75,0 (+0,5)
Largeur de la lame (en mm)	25,0 (+0,5)
Épaisseur de la lame (en mm)	1,1 +/-0,1
Bords	Rodés à 90°
Angles	Coupés à 45°
Plage d'identification	Peinte
Couleur de la plage d'identification	Blanc
Nombre de cercle(s)	2
Disposition des cercles	Décalés
Diamètre du (des) cercle(s) (en mm)	13

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

FICHE TECHNIQUE

LCYT2PD13M

Lame pour cytologie 75x25mm 2 puits diamètre 13mm décalés Labelians

CODE ARTICLE : 021891

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:45

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	LABELIANS
Référence du fabricant	LCYT2PD13M
Pays d'origine	CHINE

