

## FICHE TECHNIQUE

## PTVKADLUER

Porte-tube à vis avec adaptateur luer Vacutest® prémonté à usage unique stérile

CODE ARTICLE : 021950

DATE D'EDITION : 07/04/2021 10:30:03



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PTVKADLUER

### Désignation

Porte-tube à vis avec adaptateur luer Vacutest® prémonté à usage unique stérile

### Application

- Prélèvement de sang par ponction veineuse

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993

## FICHE TECHNIQUE

## PTVKADLUER

Porte-tube à vis avec adaptateur luer Vacutest® prémonté à usage unique stérile

CODE ARTICLE : 021950

DATE D'EDITION : 07/04/2021 10:30:03

### Conditionnement

relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

**Carton (nombre de pièces)** 400

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 400

### Descriptif du produit

Type	Avec adaptateur Luer pré-monté
Matière	Polypropylène
Couleur	Transparent
Niveau de stérilité	Stérile - Oxyde d'éthylène
A usage unique	Oui
Présence de latex	Non
Stockage et conservation	Température ambiante : +5°C/ +25°C Endroit sec
Autres caractéristiques	Emballage unitaire Sous-conditionnement : boîte de 100 pièces

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

VACUTEST KIMA SRL

## FICHE TECHNIQUE

## PTVKADLUER

Porte-tube à vis avec adaptateur luer Vacutest® prémonté à usage unique stérile

CODE ARTICLE : 021950

DATE D'EDITION : 07/04/2021 10:30:03

**Référence du fabricant**

1526537A

**Pays d'origine**

ITALIE