

FICHE TECHNIQUE

A70890500

DNA/RNA-ExitusPlus avec indicateur de trace de surface flacon spray de 500ml

CODE ARTICLE : 022706

DATE D'EDITION : 13/04/2023 16:40:29



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

A70890500

Désignation

DNA/RNA-ExitusPlus avec indicateur de trace de surface flacon spray de 500ml

Application

- Pour le nettoyage des postes de travail et de l'équipement PCR
- Pour le nettoyage des équipements d'électrophorèse, des pipettes, tubes de réaction, etc.

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

A70890500

DNA/RNA-ExitusPlus avec indicateur de trace de surface flacon spray de 500ml

CODE ARTICLE : 022706

DATE D'EDITION : 13/04/2023 16:40:29

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Volume (en ml)

500

Type de flacon

Flacon spray

Autres caractéristiques

- Livré sous forme de vaporisateurs ou de bouteilles de recharge (RF)
- Tous les composants d'DNA-ExitusPlusMC sont facilement biologiques dégradables et non nocifs ou toxiques pour les humains.
- Ne contient pas d'acides ou d'alcalins minéraliques agressifs substances
- Dégradation non enzymatique de l'ADN et de l'ARN par catalyse et les effets coopératifs des composants
- Aucune fumée toxique. Contient une faible concentration d'alcool.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

PANREAC QUIMICA SA - PDS

Référence du fabricant

A7089,0500

Pays d'origine

ALLEMAGNE

FICHE TECHNIQUE

A70890500

DNA/RNA-ExitusPlus avec indicateur de trace de surface flacon spray de 500ml

CODE ARTICLE : 022706

DATE D'EDITION : 13/04/2023 16:40:29