

## FICHE TECHNIQUE

**LPCC13**

Lame 1 puits pour cyto centrifugeuse diamètre 13mm

CODE ARTICLE : 202750

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:27




Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

LPCC13

**Désignation**

Lame 1 puits pour cyto centrifugeuse diamètre 13mm

**Application**

- Cytologie

**Réglementation**

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

## FICHE TECHNIQUE

## LPCC13

Lame 1 puits pour cyto centrifugeuse diamètre 13mm

CODE ARTICLE : 202750

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:27

### Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

### Descriptif du produit

Qualité du verre	Verre sodocalcique blanc
Longueur de lame (en mm)	75,06-75,82
Largeur de la lame (en mm)	24,61-25,37
Épaisseur de la lame (en mm)	0,95-1,05
Bords	Rodés à 90°
Angles	Droits
Plage d'identification	Peinte
Couleur de la plage d'identification	Blanc
Nombre de cercle(s)	1
Diamètre du (des) cercle(s) (en mm)	13

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

EPREDIA

## FICHE TECHNIQUE

**LPCC13**

Lame 1 puits pour cyto centrifugeuse diamètre 13mm

CODE ARTICLE : 202750

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:50:27

**Référence du fabricant**

X1XCM324O

**Pays d'origine**

ETATS-UNIS