

## FICHE TECHNIQUE

**CO192308**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.25mm, 0,20µm non stérile par 500

CODE ARTICLE : 373133

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:51:36



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

CO192308

**Désignation**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.25mm, 0,20µm non stérile par 500

**Application**

- Filtration de petits volumes d'échantillons pour les analyses HPLC ou CG

## FICHE TECHNIQUE

**CO192308**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.25mm, 0,20µm non stérile par 500

CODE ARTICLE : 373133

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:51:36

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 500

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 500

### Descriptif du produit

<b>Matière de la membrane</b>	Cellulose régénérée - RC
<b>Matière du corps</b>	Polypropylène
<b>Diamètre de la membrane (en mm)</b>	25
<b>Diamètre des pores (en µm)</b>	0,200
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Connexion en sortie</b>	Male Luer Slip
<b>Autoclavable</b>	Oui

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Non
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	SARTORIUS FRANCE SAS
<b>Référence du fournisseur</b>	17764-----Q
<b>Pays d'origine</b>	ALLEMAGNE

## FICHE TECHNIQUE

**CO192308**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.25mm, 0,20µm non stérile par 500

CODE ARTICLE : 373133

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:51:36