

## FICHE TECHNIQUE

**CO165274**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,45µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 375982

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:54:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

CO165274

**Désignation**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,45µm non stérile par 50

**Application**

- Filtration de petits volumes d'échantillons pour les analyses HPLC ou CG

## FICHE TECHNIQUE

**CO165274**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,45µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 375982

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:54:02

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 50

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

### Descriptif du produit

Matière de la membrane	Cellulose régénérée - RC
Matière du corps	Polypropylène
Diamètre de la membrane (en mm)	4
Diamètre des pores (en µm)	0,450
Couleur	Jaune
Niveau de stérilité	Non stérile
Connexion en sortie	Male Luer Slip
Autoclavable	Oui

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	SARTORIUS FRANCE SAS
Référence du fournisseur	17822-----K
Pays d'origine	ALLEMAGNE

## FICHE TECHNIQUE

**CO165274**

Filtre seringue Minisart® en cellulose régénérée RC d.4mm, 0,45µm non stérile par 50

CODE ARTICLE : 375982

DATE D'EDITION : 12/07/2018 11:54:02