

FICHE TECHNIQUE

PC338265

Test en cuve pour Phosphate (ortho/total) 0,05 à 1,5mg/L PO4-P LCK349 Hach

CODE ARTICLE : 377250

DATE D'EDITION : 30/04/2019 10:30:13

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC338265

Désignation

Test en cuve pour Phosphate (ortho/total) 0,05 à 1,5mg/L PO4-P LCK349 Hach

Application

- Idéal pour l'évaluation photométrique- Analyse de l'eau potable, des eaux usées ou encore de l'eau de traitement- Applications sur site ou dans les grands laboratoires

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 25

Minimum de vente (nombre de pièces) 25

Descriptif du produit

Emballage	Kit
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Inodore
Composition	- Eau : > 85% - Acide sulfurique : 11%
pH	1
Plage de mesure	0,05-1,5mg/L PO4-P et 0,15-4,5mg/L PO4
Méthode chimique	Bleu de phosphormolybdène
Nombre de tests	25
Paramètre	Phosphate, ortho + total
Manipulation	- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées - Eviter le contact avec la peau et les yeux - Ne pas inhaler les vapeurs/poussières - Respecter les mises-en-garde de l'étiquette
Conditions de stockage	Conserver dans un endroit sec et frais

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

PC338265

Test en cuve pour Phosphate (ortho/total) 0,05 à 1,5mg/L PO4-P LCK349 Hach

CODE ARTICLE : 377250

DATE D'EDITION : 30/04/2019 10:30:13

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	HACH
Référence du fournisseur	LCK349
Pays d'origine	ALLEMAGNE