

FICHE TECHNIQUE

PC555640Test en cuve pour le Nitrite 0,6 à 6mg/L NO₂-N LCK342 Hach

CODE ARTICLE : 381608

DATE D'EDITION : 30/04/2019 10:50:24

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC555640

Désignation

Test en cuve pour le Nitrite 0,6 à 6mg/L NO₂-N LCK342 Hach

Application

- Idéal pour l'évaluation photométrique- Analyse de l'eau potable, des eaux usées ou encore de l'eau de traitement- Applications sur site ou dans les grands laboratoires

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 25**Minimum de vente (nombre de pièces)** 25

Descriptif du produit

Emballage	Kit
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Inodore
Composition	- Eau : > 97% - Acide citrique : < 3%
pH	2,5
Plage de mesure	0,6-6mg/L NO ₂ -N et 2-20mg/L NO ₂
Méthode chimique	Diazotation
Nombre de tests	25
Paramètre	Nitrite
Manipulation	- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées - Eviter le contact avec la peau et les yeux
Conditions de stockage	Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

FICHE TECHNIQUE

PC555640

Test en cuve pour le Nitrite 0,6 à 6mg/L NO₂-N LCK342 Hach

CODE ARTICLE : 381608

DATE D'EDITION : 30/04/2019 10:50:24

Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

HACH

Référence du fournisseur

LCK342

Pays d'origine

ALLEMAGNE