

FICHE TECHNIQUE

PC531902

Solution tampon pH 4,01 avec certificat d'analyse, bouteille de 125ml

CODE ARTICLE : 382219

DATE D'EDITION : 04/01/2019 10:40:03

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

PC531902

Désignation

Solution tampon pH 4,01 avec certificat d'analyse, bouteille de 125ml

Application

- Analyse de l'eau

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Emballage	125ml
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Inodore
Composition	- Eau : > 95% - Potassium hydrogénéphthalate : < 2%
pH	4,01
Manipulation	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
Conditions de stockage	Conserver dans un endroit sec et frais

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	48

FICHE TECHNIQUE

PC531902

Solution tampon pH 4,01 avec certificat d'analyse, bouteille de 125ml

CODE ARTICLE : 382219

DATE D'EDITION : 04/01/2019 10:40:03

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

HACH

Référence du fournisseur

LZW9460.99

Pays d'origine

ALLEMAGNE