

FICHE TECHNIQUE

CO598604

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,45µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387237

DATE D'EDITION : 17/05/2019 14:30:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CO598604

Désignation

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,45µm stérile par oxyde éthylène

Application

- Filtration rapide et très pratique de petits volumes d'échantillons aqueux et à base de solvants - Filtration d'échantillons HPLC, GC - Préparation d'échantillons UHPLC (chromatographie liquide ultra rapide) LC-MS (chromatographie liquide couplée spectrométrie de masse), IC (chromatographie ionique) - Filtration stérilisante,

FICHE TECHNIQUE

CO598604

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,45µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387237

DATE D'EDITION : 17/05/2019 14:30:04

Conditionnement

élimination de particules - Filtration de solvants organiques non dilués

Carton (nombre de pièces) 50**Minimum de vente (nombre de pièces)** 50

Descriptif du produit

Matière de la membrane	Polyamide, Nylon - NY
Matière du corps	Polypropylène
Diamètre de la membrane (en mm)	25
Diamètre des pores (en µm)	0,450
Couleur	Blanc
Niveau de stérilité	Stérile par oxyde d'éthylène
Gamme de pH	3 à 14
Connection en sortie	Male Luer Slip

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	30

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

SARTORIUS FRANCE SAS

FICHE TECHNIQUE

CO598604

Filtre seringue Minisart® en nylon ou polyamide d.25mm, 0,45µm stérile par oxyde éthylène

CODE ARTICLE : 387237

DATE D'EDITION : 17/05/2019 14:30:04

ou du fournisseur

Référence du fournisseur

17846-----ACK

Pays d'origine

ALLEMAGNE