

## FICHE TECHNIQUE

**PC602218**

Kit ZN-RAL RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 392308

DATE D'EDITION : 05/06/2018 09:51:58

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PC602218

### Désignation

Kit ZN-RAL RAL Diagnostics

### Application

- Bactériologie : mise en évidence des mycobactéries B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) - Coloration à chaud- Coloration selon la méthode de référence Ziehl-Neelsen

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

### Emballage

Kit

### Composition

- Fuchsine phéniquée ZN 1x1L  
- Acide-alcool 3% ZN 1x1L  
- Bleu de méthylène 0,3% ZN 1x1L

### Temps de coloration

15 minutes

### Nombre de tests

400 à 600 lames

### MPUP

Non

## Traçabilité

### Présence d'un numéro de lot

Oui

### Présence d'une date de péremption

Oui

### Durée de vie (en mois)

36

## FICHE TECHNIQUE

**PC602218**

Kit ZN-RAL RAL Diagnostics

CODE ARTICLE : 392308

DATE D'EDITION : 05/06/2018 09:51:58

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant  
ou du fournisseur**

Réactifs RAL - PDS

**Référence du fournisseur**

365400-0000

**Pays d'origine**

FRANCE